АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
ACCREDITATION BODY OF SERBIA
Влајковићева 3 / V спрат, 11103 Београд, Србија | Vlajkovićeva 3 / 5th floor, 11103 Belgrade, Serbia
Адресни код | Postcode: 106618 • Тел. | Phone: +381 11 313 03 73 • Факс | Fax: +381 11 313 03 74
АТС
Потписник EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума • EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory

Број: 2-02-188/2020-27
28.05.2020. године

TRC PRO DOO Петроварадин Лабораторија, Нови Сад -
Петроварадин, Прерадовићева 31

Предмет: Одлука број 256/2020

У прилогу дописа Акредитационо тело Србије доставља Одлуку број 256/2020 од 28.05.2020. године и нови Обим акредитације.

Прилог:
- Одлука број 256/2020;
- Сертификат о акредитацији 02-053
- Обим акредитације од 29.05.2020. године.

Помоћник директора

Љиљана Маркићевић

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
ACCREDITATION BODY OF SERBIA
Влајковићева 3 / V спрат, 11103 Београд, Србија | 3 Vlajkovićeva Str./ 5th floor, 11103 Belgrade, Serbia
Адреса за слање поште: Влајковићева 3 / 11000 Београд 6 п. фах 92, Србија | Postal address: 3 Vlajkovićeva Str./ 11000 Belgrade 6, p. box 92 / Serbia
Тел. | Phone: +381 11 313 03 73 • Факс | Fax: + 381 11 313 03 74
ATC
Потписник EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума • EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory

Број: 2-02-188/2020- 26
Датум: 28.05.2020. године

На основу члана 18. став 2. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“ бр. 73/2010), члана 28. тачка 7. Статута Акредитационог тела Србије („Сл. гласник РС“, бр. 97/2011), тачке 6.1 Правила акредитације АТС-ПА01, након поновног оцењивања према пријави за обнављање акредитације тела за оцењивање усаглашености TRC PRO DOO Петроварадин, Лабораторија, Нови Сад – Петроварадин, на основу предлога Комисије за акредитацију Акредитационо тело Србије дана 28.05.2020. године доноси следећу

О Д Л У К У
бр.256/2020

1. Обнавља се акредитација тела за оцењивање усаглашености **TRC PRO DOO Петроварадин, Лабораторија, Нови Сад – Петроварадин, Прерадовићева 31, акредитациони број 02-053,** за послове оцењивања усаглашености према Обиму акредитације који је у прилогу ове одлуке и који је сачињен на основу предложеног обима акредитације од стране тима за оцењивање датог у прилогу Извештаја о оцењивању од 17.05.2020. године.
2. У складу са тачком 1. ове одлуке, телу за оцењивање усаглашености издаје се Сертификат о акредитацији акредитациони број 02-053, са роком важења од 29.05.2020. године до 28.05.2024. године и Обим акредитације.

О б р а з л о ж е њ е

Спроведеним поступком акредитације утврђено је да наведено тело за оцењивање усаглашености и даље задовољава прописане захтеве за акредитацију, те је сходно Закону о акредитацији и Правилима акредитације, на основу предлога Комисије за акредитацију, донета одлука као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке, сходно чл.19. став 1. Закона о акредитацији, може се уложити жалба Комисији за жалбе Акредитационог тела Србије у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

в.д. ДИРЕКТОР

проф. др Ацо Јанићијевић

Акредитационо тело Србије **01556**
Accreditation Body of Serbia

Београд
Belgrade

додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

TRC PRO Петроварадин
Лабораторија
Нови Сад - Петроварадин

акредитациони број
accreditation number
02-053

задовољава захтеве стандарда
fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)
те је компетентно за обављање послова еталонирања
and is competent to perform calibration activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue
29.05.2020.

Акредитација важи до
Date of expiry
28.05.2024.

ATC

ВД ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић

Acting Director
prof. Aco Janićijević, PhD

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

TRC PRO DOO Петроварадин
Лабораторија
Нови Сад - Петроварадин, Прерадовићева 31

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

-Еталонирање уређаја за мерење силе и момента силе / Calibration of force and moment of force measuring instruments;
-Еталонирање мерних AC/DC појачавача / Calibration of AC/DC measuring amplifiers;
-Еталонирање екстензометара који се користе код машина за једноосно испитивање материјала / Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing;
-Еталонирање мерила масе: електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем / Calibration of mass weighing machines: non-automatic electro-mechanical scales.

Детаљан обим акредитације/*Detailed description of the scope*

Област еталонирања/ предмет еталонирања	Опсег	Могућност еталонирања и мерења[1)] (CMC)	Метода еталонирања (референтни документ)
E- 09: Сила			
Уређаји за мерење силе			ISO 376:2011
	0,1N до 5 kN	0,03 %	
	2 kN до 50 kN	0,03 %	
	50 kN до 100 kN	0,03 %	
	100 kN до 200 kN	0,06 %	
Статичке једноосне машине за испитивање на затезање и притисак и силу и хидраулични алати за оптерећивање притисном и затезном силом у грађевинарству**			ISO 7500-1: 2018 DIN 51308: 2005-10
	0,1 N до 1 kN	0,12 %	
	1 kN до 3 MN	0,25 %	
Уређаји за мерење момента силе: Ручни алати за задавање момента силе			ISO 6789-1: 2017 ISO 6789-2: 2017
	0,05 Nm до 500 Nm	0,6 %	
Уређаји за мерење момента силе: претварачи обртног момента и уређаји за еталонирање ручних алата за задавање момента силе			Euramet/cg/14 v.2.0:2011 ISO 6789-2:2017 Annex C
	0,05 Nm до 50 Nm	0,3 %	
	50 Nm до 500 Nm	0,3 %	
Системи за мерење чврстоће при притиску бетонских узорака*			SRPS EN 12390-4: 2008
	200 kN до 3 MN	0,25 %	
E-06: Електричне величине, DC/LF			
Мерни AC/DC појачавачи			VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 - Blat 20:2013
Мерна појачала на бази мерних мостова за мерење механичких величина	0 mV/V до 5 mV/V	0,0001 mV/V	
E-05: Димензионе величине			
Екстензометар који се користе код машина за једноосно испитивање материјала**			ISO 9513: 2012
	0 mm до 25 mm	$(2 \cdot 10^{-3} \cdot l)$ mm али не ≤ 2 µm, l [mm]	
	0 mm до 500 mm	$(4 \cdot 10^{-3} \cdot l)$ mm али не ≤ 50 µm, l [mm]	

Област еталонирања/ предмет еталонирања	Опсег	Могућност еталонирања и мерења[1)] (CMC)	Метода еталонирања (референтни документ)
Е-14: Маса			
	Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*		Euramet /cg-18/v 4.0: 2015
	1 g до 10 g	0,057 mg до 0,11 mg	
	10 g до 100 g	0,11 mg до 0,29 mg	
	100 g до 200 g	0,29 mg до 0,57 mg	
	200 g до 500 g	0,57 mg до 1,4 mg	
	500 g до 1 kg	1,4 mg до 2,9 mg	
	1 kg до 2 kg	2,9 mg до 5,7 mg	
	2 kg до 5 kg	5,7 mg до 0,014 g	
	5 kg до 10 kg	0,014 g до 0,16 g	
	10 kg до 20 kg	0,16 g до 0,57 g	
	20 kg до 60 kg	0,57 g до 1,7 g	
	60 kg до 150 kg	1,7 g до 4,1 g	
	150 kg до 300 kg	4,1 g до 8,5 g	
	300 kg до 600 kg	8,5 g до 17 g	
	600 kg до 1000 kg	17 g до 28 g	
	1000 kg до 1500 kg	28 g до 0,33 kg	
	1500 kg до 3000 kg	0,33 kg до 1,2 kg	
	3000 kg до 5000 kg	1,2 kg до 1,6 kg	

[1)] Могућност еталонирања и мерења је изражена као проширена мерна несигурност за фактор обухвата k =2 и ниво поверења приближно 95%

* место еталонирања: на терену
**место еталонирања: у лабораторији и на терену

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **02-053**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 02-053

Акредитација важи до: 28.05.2024.
Accreditation expiry date: 28.05.2024.

в.д. ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићијевић